

REVOL

Multilabo.com

Première plate-forme d'achats pour les laboratoires

Pour passer commande, contactez :

pour la France :

REVOL

5, rue du canal - BP 1609
69606 Villeurbanne Cedex

tel +33 (0) 437.453.553
fax +33 (0) 437.453.554

info@revol.fr

pour la Belgique :



Allée des bouleaux, 39
6280 - Gerpinnes

tel +32 (0) 071 / 21.80.61
fax +32 (0) 071 / 22.01.91

isochim@isochim.com

Rotor angulaire, 6 places



↗ 45°

n = 11.500 min⁻¹
ACR max. 18.038

Réf. 5615

avec joint biologique⁵⁾




























Rotor angulaire, 6 places, pour tubes de Schlenk



↗ 45°

n = 2.000 min⁻¹
ACR max. 805

Réf. 5616

Capacité en ml	1,5	2,0	15	25	50	75	85	7,5-8,5	9-10	10	8,5-10	15	50	10	30
Ø x L en mm	11 x 38		17 x 100	24 x 100	34 x 100	35 x 105	38 x 101	15 x 92	16 x 92	15 x 102	16 x 100	17 x 120	29 x 115	16 x 80	26 x 95
Réf.	2078	0536	0518 ²⁾	0519 ²⁾	0521 ²⁾	0548	0549	Tube de sang / d'urine				0509	0513	-	0545
Couvercle avec joint biologique ⁵⁾ incl.															
Rotor Réf. 5615							-								
Réf.	1449	1451	1447	1463	1463	-	1451	1466	1454	1448	1447				
Orifice Ø x L en mm	11,4 x 39	17,5 x 92	26 x 85	35 x 89	35 x 89	38,2 x 89,6	17,5 x 92	17 x 106	29,8 x 97	16,5 x 74	26 x 85				
Tubes par rotor	24	6				6	6	6	6	12	6				
ACR max. ²⁾	17.299	17.003	16.560	17.743	17.743	18.038	17.003	17.299	17.595	17.003	16.560				
Rayon en mm	117	115	112	120	120	122	115	117	119	115	112				
Accélération en s	66														
Décélération en s, freiné	68														
Température en °C ¹⁾	+ 4														






DISTRIBUTEUR OFFICIEL DES PLUS GRANDES MARQUES DE LABORATOIRE DEPUIS 1902





REVOL 5 rue du Canal BP 1609 69606 Villeurbanne cedex

Tél 04.37.453.553 – Fax 04.37.453.554 – Email info@revol.fr

SAS REVOL au capital de 132 000 €, membre du groupe MULTI-ONLINE au capital de 337 680 €

RCS : Lyon B 955 512 041 – APE : 4646 Z – Identifiant TVA : FR89 955 512 041 – Siret : 955 512 041 00034

Capacité en ml	50	85	94
Ø x L en mm	29x107	38x106	38x102
Réf.	0546	0547	0538¹³⁾
 <p>Couvercle avec joint biologique⁵⁾ incl.</p> <p>Rotor Réf. 5615</p>			
			
Réf.	1446	-	
Orifice Ø x L en mm	29x92	38,2x89,6	
Tubes par rotor	6		
ACR max. ²⁾	17.299	18.038	
Rayon en mm	117	122	
Accélération en s	66		
Décélération en s, freiné	68		
Température en °C ¹⁾	+4		

Capacité en ml	25	50
Ø x L en mm	24 x 146,5	38 x 148,5
Réf.	0532	0533
 <p>Rotor Réf. 5616</p>		
		
Réf.	4317	-
Orifice Ø x L en mm	25x86	38,5x89,9
Tubes par rotor	6	
ACR max.	783	805
Rayon en mm	175	180
Accélération en s	17	
Décélération en s, freiné	21	
Température en °C ¹⁾	-14	

5) Homologué TÜV selon DIN EN 61010, partie 2 - 020.

7) Pour une centrifugation à grande vitesse, il est recommandé d'utiliser le réducteur 2031 s'adaptant à la forme et résistant au phénol.

13) Le couvercle fileté pour tubes 0538 peut être commandé sous la réf. 0539. Dimensions avec couvercle : 38 x 106 mm.

28) À des températures supérieures à +40 °C et/ou en cas de faible remplissage des récipients, ces derniers peuvent se déformer lors de la centrifugation.

DISTRIBUTEUR OFFICIEL DES PLUS GRANDES MARQUES DE LABORATOIRE DEPUIS 1902

REVOL 5 rue du Canal BP 1609 69606 Villeurbanne cedex

Tél 04.37.453.553 – Fax 04.37.453.554 – Email info@revol.fr

SAS REVOL au capital de 132 000 €, membre du groupe MULTI-ONLINE au capital de 337 680 €

RCS : Lyon B 955 512 041 – APE : 4646 Z – Identifiant TVA : FR89 955 512 041 – Siret : 955 512 041 00034